
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
32.0
28.0
24.0
20.0
16.0
12.0
8.0
4.0
0.0
0
5
10
15
20
25
30

SUPERVISOR TEST

ONEIDA COUNTY
SHERIFF'S OFFICE
DATAMASTER dmt: 113606

Date: 11/09/2022

OPERATOR NAME:
NOAH A DANQUER
Permit #: 50812
Operator Agency/Dept: ONEIDA CO. SO
Reference Standard #: 22260

Nominal = 0.10 g/210L

BLANK TEST	0.00	04:30
INTERNAL STANDARD	VERIFIED	04:30
REFERENCE STANDARD TEMP	34.02c	
REFERENCE STANDARD	0.09	04:30
BLANK TEST	0.00	04:31
REFERENCE STANDARD TEMP	34.02c	
REFERENCE STANDARD	0.09	04:31
BLANK TEST	0.00	04:32
REFERENCE STANDARD TEMP	34.02c	
REFERENCE STANDARD	0.09	04:32
BLANK TEST	0.00	04:33



b44W?v@►♥♦⊕¶AC☺@f♦@B☺Ç ☺Ç♦ └♦@►♦↕Ç▬►↕@!@.